

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LP-ADQ-014-2024

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo mayor para laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

En Ciudad Obregón, Sonora siendo las 11:00 horas, del 07 de agosto de 2024, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro.

Este acto fue presidido por la C. Zhenia Elizabeth Miranda Robles, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el numeral I apartado 7 de la presente Convocatoria de licitación, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Presidenta del acto, fue asistido por el representante del Área Usuaria Mtro. Francisco Jaime Martínez Torres, Supervisor de laboratorios; quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones, quien solventó las preguntas de carácter administrativo.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad con el numeral I apartado 7, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS
1	ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SA DE CV	7
2	ABASTECEDORA TECNICA ESPECIALIZADA SA DE CV	3
3	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	3

Así mismo se hace constar que el licitante QUIMICIA INDUSTRIAL Y ANALITICA SA DE CV presentó preguntas y escrito de interés fuera del tiempo señalado en la Convocatoria de la presente licitación, por lo que no se le da respuesta.

De conformidad con el numeral I apartado 7 de la presente Convocatoria de licitación, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés en participar y de estar presente en el mismo.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS SA DE CV

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 1 DE 7 PREGUNTA:
66	Anexo 1	INCISO XI - DE LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN EN EL NUMERAL 2 - PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA SEA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA PARTIDA 8 A 60 DÍA NATURALES, TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE FABRICACIÓN ESPECIAL Y NO SE CUENTA CON STOCK PARA LA ENTREGA EN EL TIEMPO REQUERIDO ¿SE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LP-ADQ-014-2024
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo mayor para laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.

	ACEPTA LA SOLICITUD?
RESPUESTA: Se acepta el cambio de 30 a 60 días naturales posteriores a la formalización del pedido/contrato.	

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 2 DE 7
		PREGUNTA:
55	Anexo 1 / Partida 1	PARTIDA 1 – INCUBADORA DE USO GENERAL. PARA DICHA PARTIDA, EL MODELO SOLICITADO SE ENCUENTRA DESCONTINUADO; POR TAL MOTIVO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITAN OFERTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS QUE IGUALEN O SUPEREN A LAS SOLICITADAS ORIGINALMENTE, AÚN CUANDO SE TRATE DE OTRA MARCA Y MODELO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?
RESPUESTA: Si se acepta el cambio, siempre y cuando se encuentre en el mismo rango de precios.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 3 DE 7
		PREGUNTA:
58 y 59	Anexo 1 / Partida 8	PARTIDA 8 – AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO. EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA MENCIONADA, SE SOLICITA UN EQUIPO CON CÁMARA INTERNA CILÍNDRICA; SIN EMBARGO, TAMBIÉN SE MENCIONA QUE LAS DIMENSIONES INTERNAS DE LA CÁMARA SEAN DE 50 X 50 X 90 CM, MISMAS QUE CORRESPONDEN A UNA CÁMARA RECTANGULAR Y NO A UNA CÁMARA CILÍNDRICA. POR TAL MOTIVO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿EL EQUIPO QUE SE REQUIERE ES DE CÁMARA INTERNA CILÍNDRICA O RECTANGULAR?
RESPUESTA: Es cuadrada (se adjunta imagen).		

[Handwritten signature/initials]
 [Handwritten signature/initials]
 [Handwritten signature/initials]

3


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LP-ADQ-014-2024

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo mayor para laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.



PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 4 DE 7
58 y 59	Anexo 1 / Partida 8	PREGUNTA: PARTIDA 8 - AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿SE REQUERIRÁ DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA?
RESPUESTA: No se requiere.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 5 DE 7
58 y 59	Anexo 1 / Partida 8	PREGUNTA: PARTIDA 8 - AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO. DADO QUE EL EQUIPO ESTARÁ CONECTADO A UNA TOMA DE AGUA QUE EN OCASIONES PUEDE CONTENER RESIDUOS MINERALES O IMPUREZAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿EL EQUIPO REQUERIRÁ DE FILTRO DE AGUA PARA LA TOMA DE ESTE SERVICIO? EL ACCESORIO SE OFERTA CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REQUERIDOS.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL
No. LP-ADQ-014-2024

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo mayor para laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

RESPUESTA: Si se requiere filtros.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 6 DE 7 PREGUNTA:
58 y 59	Anexo 1 / Partida 8	<p>PARTIDA 8 – AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO. DADAS LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ESTE EQUIPO REQUIERE DE CIERTAS ESPECIFICACIONES PARA EL ESPACIO EN DONDE SERÍA INSTALADO, COMO SON:</p> <p>1. CORRIENTE ELÉCTRICA TRIFÁSICA 2. INSTALACIÓN DE DRENAJE CERCANA AL EQUIPO 3.-VENTILA PARA LA SALIDA DEL VAPOR</p> <p>EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿EL ESPACIO DÓNDE SERÁ INSTALADO EL EQUIPO CUENTA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ANTES MENCIONADAS?</p>

RESPUESTA: Si cuenta con las condiciones mencionadas.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 7 DE 7 PREGUNTA:
58 y 59	Anexo 1 / Partida 8	<p>PARTIDA 8 – AUTOCLAVE DE VAPOR AUTOGENERADO. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, PROPORCIONAREMOS LA GUÍA CON LAS ESPECIFICACIONES QUE REQUIERE EL ESPACIO DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO.</p>

RESPUESTA: La respuesta a la pregunta anterior se contestó en sentido positivo.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR ABASTECEDORA TECNICA ESPECIALIZADA SA DE CV

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 1 DE 3 PREGUNTA:
58 y 59	Anexo 1 / partida 8	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE AL ÁREA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN VOLUMEN DE 180 LITROS Y DIMENSIONES INTERNAS DE LA CAMARA DE 50.8 X 103 CM.</p>

RESPUESTA: No se acepta el volumen de 180 litros.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 2 DE 3 PREGUNTA:
66	Anexo 1 / partida 8, 12, 13 y 21.	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE AL ÁREA CONVOCANTE QUE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE LAS PARTIDAS 8, 12, 13 Y 21 DE 30 A 45 DÍAS NATURALES DADO EL ORIGEN DE LOS EQUIPOS Y SU TIEMPO DE TRANSPORTE AL PAÍS.</p>

RESPUESTA: Se acepta el cambio, pero a 60 días naturales posteriores a la formalización del pedido/contrato.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 3 DE 3 PREGUNTA:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LP-ADQ-014-2024
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo mayor para laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.

58 y 59	Anexo 1 / partida 8	SE SOLICITA AMABLEMENTE AL ÁREA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON VOLTAJE 380 V PARA LA PARTIDA 8.
RESPUESTA: No se acepta el cambio de voltaje.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 1 DE 3 PREGUNTA:
7	Numeral 6 / Requisitos que deberán de cubrir los interesados para poder quedar formalmente inscritos durante el período de inscripción	(PRECISAR EL ASPECTO ESPECÍFICO) INCISO C) CAPACIDAD TÉCNICA: ACREDITAR LA SUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS Y MATERIALES, CON QUE CUENTA EL PROVEEDOR, PARA GARANTIZAR, EN CASO DADO, EL CORRECTO Y COMPLETO CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO O CONTRATO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA ACREDITAR EL INCISO C) CAPACIDAD TÉCNICA ¿BASTARÁ CON PRESENTAR CV DE LA EMPRESA CON FOTOGRAFÍAS QUE PRESENTAN LA INFRAESTRUCTURA?
RESPUESTA: Es correcta su apreciación, para cumplir con el documento inciso b) Capacidad técnica, para el acto de inscripción a la licitación puede presentar su CV empresarial.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 2 DE 3 PREGUNTA:
7	Numeral 6 / Requisitos que deberán de cubrir los interesados para poder quedar formalmente inscritos durante el período de inscripción	(PRECISAR EL ASPECTO ESPECÍFICO) A) ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD HACE REFERENCIA EN LAS BASES EN CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO, PODRÁN OMITIR LA ENTREGA DE ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD (INCISO A DE ESTE NUMERAL), SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUEN COPIA SIMPLE DE LA REFERIDA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. ¿ESTO ES CORRECTO?
RESPUESTA: Es correcto para el acto de inscripción a la licitación, en la entrega de su propuesta en el acto de apertura si hay que hacer la entrega de todos los documentos.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 3 DE 3 PREGUNTA:
66	Anexo 1	2.1 EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO, LO ANTERIOR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO REQUISITOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LP-ADQ-014-2024
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo mayor para laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.

		LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 1 TIEMPO DE ENTREGA, DEL ANEXO 1 DE ESTA CONVOCATORIA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA, YA QUE ALGUNOS EQUIPOS SON DE PROCEDENCIA EXTRAJERA, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INCREMENTAR DE 30 A 60 DIAS EL TIEMPO DE ENTREGA.
RESPUESTA: Se acepta el cambio a 60 días naturales posteriores a la formalización del pedido/contrato.		

De conformidad con el numeral 1 apartado 7 inciso D) de la Convocatoria, esta Acta forma parte integrante de la misma.

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en el sitio Web oficial: <https://ivirtual.itson.edu.mx/mod/forum/discuss.php?d=118396>

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 14 de agosto de 2024, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 11:30 horas, del día 07 del mes de agosto del año 2024.

Esta Acta consta de 6 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Carlos Fernando Lizárraga Moreno.	Órgano Interno de Control.	
Brayant Ruiz Elizalde.	Órgano Interno de Control.	
No se presentó.	Coordinación de Normatividad.	
Karla Guadalupe Estrella Giron.	Ejecutiva del Departamento de Adquisiciones.	
Zhenia Elizabeth Miranda Robles.	Jefa del Departamento de Adquisiciones.	

----- FIN DEL ACTA -----